

平成30年10月分 給食1食分の放射性セシウムの測定結果について

国見町教育委員会

国見町給食センターでは、児童・生徒等の安全・安心の確保のため、その日の給食1食分について放射性セシウムの測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

○平成30年10月の測定結果

(単位:ベクレル/kg)

No.	給食提供日	測定品目	測定した献立の内容	放射性セシウム(Cs)の測定結果			
				事前検査		事後検査	
				測定日=当日午前		測定日=翌日以降	
				Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
1	10月2日(火)	一食検査	コッペパン、牛乳、ハンバーグ、わかめサラダ、クリームスープ	ND	ND	ND	ND
2	10月3日(水)	一食検査	胚芽ごはん、牛乳、シマ鯉竜田の野菜あんかけ、リンゴ、お野菜ごまあえ、鶏すまし汁卵とじ仕立て	ND	ND	ND	ND
3	10月4日(木)	一食検査	コッペパン、牛乳、ブロッコリーサラダ、クロック、かぼちゃコンソメスープ、オレンジ	ND	ND	ND	ND
4	10月5日(金)	一食検査	麦ごはん、牛乳、さんまかば焼き和風あえ、油揚げみそ汁	ND	ND	ND	ND
5	10月9日(火)	一食検査	コッペパン、牛乳、オムレツ、野菜炒め、チキンスープ、黒豆きなこクリーム	ND	ND	ND	ND
6	10月10日(水)	一食検査	麦ごはん、牛乳、餃子、中華サラダ、麻婆豆腐	ND	ND	ND	ND
7	10月11日(木)	一食検査	食パン、牛乳、たこナゲット、パプリカサラダ、豆のシチュー、リンゴ	ND	ND	ND	ND
8	10月12日(金)	一食検査	麦ごはん、牛乳、納豆、野菜と豚肉のみそ炒め、けんちん汁	ND	ND	ND	ND
9	10月15日(月)	一食検査	麦ごはん、牛乳、チキン南蛮、タルタルソース、和風あえ、ジャガイモのみそ汁	ND	ND	ND	ND
10	10月16日(火)	一食検査	ソフトメン、牛乳、わかめうどん汁、豆腐ナゲット、ひじきごま酢あえ、オレンジ	ND	ND	ND	ND
11	10月17日(水)	一食検査	麦ごはん、牛乳、豆入りたまご焼き、切り昆布の煮物、豚汁	ND	ND	ND	ND
12	10月18日(木)	一食検査	コッペパン、牛乳、チキンレバーメンチ、ほうれん草ツナサラダ、ブルーベリージャム	ND	ND	ND	ND
13	10月19日(金)	一食検査	麦ごはん、牛乳、さんま甘塩焼き、マコモタケ炒め物、わかめのみそ汁	ND	ND	ND	ND
14	10月22日(月)	一食検査	ゆかりごはん、牛乳、カジキカツ、卵の花、もやしとわかめのみそ汁	ND	ND	ND	ND
15	10月23日(火)	一食検査	コッペパン、牛乳、えびしゅうまい、ブロッコリーサラダ、豆乳スープ、マーシャルビーンズ	ND	ND	ND	ND
16	10月24日(水)	一食検査	麦ごはん、牛乳、ほっけ甘塩焼き、ひじきソテー、きのこのみそ汁	ND	ND	ND	ND
17	10月25日(木)	一食検査	コッペパン、牛乳、鶏の照り焼き、マカロニサラダ、ミネストローネ	ND	ND	ND	ND
18	10月26日(金)	一食検査	麦ごはん、牛乳、小魚と野菜のソテー、ポークカレー、リンゴ	ND	ND	ND	ND
19	10月29日(月)	一食検査	麦ごはん、牛乳、肉じゃがたまご焼き、豆腐チャンプル、春雨スープ	ND	ND	ND	ND
20	10月30日(火)	一食検査	コッペパン、牛乳、チキンカツ、海藻サラダ、豆腐スープ	ND	ND	ND	ND
21	10月31日(水)	一食検査	麦ごはん、牛乳、豚にら井の具、厚焼たまご、わかめのみそ汁	ND	ND	ND	ND
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値(平成24年4月1日施行) 放射性セシウム(Cs) (Cs134とCs-137の合算値)				飲料水		10ベクレル/kg	
				牛乳・乳幼児食品		50ベクレル/kg	
				一般食品		100ベクレル/kg	

	事前検査	事後検査
測定日	給食提供当日の午前中	学校給食提供日の翌日以降(土日祝除く)
測定品目	1食分まるごと×1人分	1食分まるごと×5人分
測定機器	Naiシンチレーション検出器(Nai)破壊式	ゲルマニウム半導体検出器(Ge)破壊式
測定方法	検体500gを1200秒	検体2kgを1000秒
検出限界計算値	CS-134、CS-137それぞれ10ベクレル/kg以下	CS-134、CS-137それぞれ1ベクレル/kg以下
表示方法	検出限界計算値以下は、「ND」と表記	検出限界計算値以下は、「ND」と表記
検査機関	国見町給食センター	(公財)福島県保健衛生協会

【問い合わせ先 : 国見町学校教育課 国見町給食センター Tel 024-529-1551 Fax 024-529-1552】